



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -  
ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE MATERIAL TESTE COVID-19 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNEC.	QUANT.	MARCA/MOD.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<b>TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO DA COVID-19</b> - Técnica de Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos do SARS-CoV-2 presentes na nasofaringe humana. Kit de teste contendo Cassetes (dispositivo de testes), Swabs estéreis, tampão extração, tubos/ponta extração e instrução de uso em português; Validade mínima após entrega de 12 (doze) meses; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integralidade do produto; Rótulo com número de lote e número de registro na ANVISA/MS; Data de fabricação e validade. Composição e procedência, conforme legislação vigente.	UNIDADE	6.000			

2	<p><b>TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO IGG E IGM PARA COVID-19</b> - Teste para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM contra o Novo Coronavírus (SARS-CoV-2), por imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e sangue total. Não automatizado e somente para uso diagnóstico in vitro. Kit do teste contendo: Placa-teste, diluente de amostra, capilar, pipeta descartável e manual de instruções de uso em português. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA: O teste não deve ocorrer reação cruzadas com o agente infeccioso das doenças com HIV, HBV, HCV, HAV, H Pylori, T Pallidium e Tuberculose. Também não deverá ocorrer reação cruzada com amostras positivas de PCR, FR, HBeAB, HSV-IgG, CMV-IgG/IgM, Mycoplasma-IgM e Dengue IgG/IgM. INTERFERENTES QUÍMICOS BIOLÓGICOS: O teste imunocromatográfico para COVID-19 IgG/IgM não deve sofrer qualquer interferência com os seguintes interferentes químicos e biológicos nas concentrações informadas: Acetaminofeno 20mg/dL, Ácido Ascórbico 20mg/dL, Cafeína 20mg/dL, EDTA 80mg/dL, Atropina 20mg/dL, Canabinol 10mg/dL, Etanol 1%, Metanol 1%, Albumina 2000mg/dL, Glicose 2000mg/dL, Bilirrubina 1000mg/dL e Hemoglobina 1000mg/dL. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde e empresa com certificações de ISO 9001 e 13485, Validade mínima após entrega de 12 (doze) meses.</p>	UNIDADE	6.000			
---	--	---------	-------	--	--	--